



Medical Monitor Solutions

RadiForce®

Making Each Life Visual



Eignung und Empfehlung von EIZO Bildwiedergabegeräten für medizinische Bildgebungsverfahren

Für DIN 6868-157

RadiCS-Anwendungs-klasse	Körperregion/Methoden	RX1270	RX660	RX560-MD RX560	RX370	RX270	GX560-MD GX560	MX317W	MX243W-DT	MX217-HB	MX243W	MX217-SB	MX194
I.	Mammografie	★		★			★						
II.	Mammografische Stereotaxie	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓		✓		✓	
III.	Projektionsradiografie (Thorax, Skelett, Abdomen)	✓	★	✓	★	✓	✓	✓		✓			
IV.	Durchleuchtung (Fluoroskopie), alle Anwendungen	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
V.	Computertomografie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓	★	
VI.	Für RK 5: dentale digitale Volumetomografie, intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels, dentale Schädelübersichtsaufnahmen, Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbestimmung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	★	
VII.	Für RK 6: intraorale Röntgendiagnostik mit dentalen Tubusgeräten, Panoramaschichtaufnahmen, Fernröntgenaufnahmen des Schädels, dentale Schädelübersichtsaufnahmen, Handaufnahmen zur Skelettwachstumsbestimmung	✓	✓	✓	✓	✓	✓		★	★			
VIII.	Betrachtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	★

✓ Kompatibel
★ Empfohlen

Finden Sie Ihre lokalen Vertriebspartner oder EIZO Ansprechpartner: eizo.eu/contact

Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Deutschland.
Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Letzte Aktualisierung: Juni 2024

